

جدول رقم (-1-) صفحة (-1-) من (-2-)

أولاً : توصية لجنة الشراء الرئيسية :-

استناداً لتوصية اللجنة الفنية قررت لجنة الشراء الرئيسية حالة العطاء رقم 2026/4 و المتضمن حالة مبنيته على النحو التالي:

اسم المناقص :- شركة مرمرة للتجهيزات العلمية والهندسية

ثانياً: تعليق نتيجة الإحالة المبينة لمدة خمسة أيام على اعتباراً من يوم الاثنين 2026/7/6

مثلاً: الاعتراض خلال فترة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ الاحالة المبديّة.

خلاصة إحالة مبدئية

رقم العطاء : (2026/4) المتضمن (معدات وادوات مخبرية)

جدول رقم (2-) صفحة (1-) من (2-)

ثانياً : توصية لجنة الشراء الرئيسية :-

استناداً لتوصية اللجنة الفنية قررت لجنة الشراء الرئيسية إحالة العطاء رقم 2026/4 و المتضمن إحالة مبدئية على النحو التالي:
اسم المناقص :- شركة أوبال للتجهيزات المخبرية والعلمية

رقم المادة	اسم المادة	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي		السعر الإجمالي		مكان التسليم	مدة التسليم	سبب الإحالة
				دينار	فلس	دينار	فلس			
1.	WLC 2.X7 Precision Balance ميزان وزن 2 كيلو غرام Features: "-7-graphic colour touchscreen display. -Four administration levels; Guest, User, Advanced User, and Administrator. Each option can be assigned with a permission level and passwords. -Kensington lock. -Manual Leveling system. Compliance with GLP and GMP requirements. -Dynamic sample mass control (bargraph). Brand Origin Radwag Poland SCIENTIFIC EQUIPMENT -Statistics, recipes, reports and printouts. -Has EU DECLARATION OF CONFORMITY (No. 126/1/25/EN) (Directive: 2014/30/EU, Harmonized Standards: EN 61326-1:2013.) -IP 43 Protection class Specifications: -Maximum capacity [Max]: 2kg -Repeatability (Max): 0,015g -Readability [d]: 0,01g -Stabilization time: 2s -Linearity: ±0,03g -Adjustment: internal (automatic) -Weighing pan dimensions: 195×195mm -Communication interface: 2×RS2321, USB-A, USB-B, Ethernet, Wi-Fi Functions: Percent Weighing, Statistics, Check weighing, Density determination, Replaceable units, Autotest, Dosing, Plus/Minus Control, parts counting, Peak hold, Formulation, IR sensor, Under-Pan Weighing, GLP procedures, Animal	عدد	6	400	916	400	5498	المركز الوطني للبحوث الزراعية الرئيسي	(12) اسبوع	الارخص المطابق
الأسعار و المواصفات حسب عرض السعر المقدم من قبلكم رقم 155-26 تاريخ 2026/4/27 والملحق رقم 15-26 تاريخ 2026/6/30										

مدير مديرية اللوازم والمعدات
وليد العودات

ثانياً :- توصية لجنة الشراء الرئيسية :-
استناداً لتوصية اللجنة الفنية قررت لجنة الشراء الرئيسية احالة العقد رقم 2026/4 و المتضمن احالة ميزانيه على النحو التالي:
اسم المناقص :- شركة أو بل للجهيزات المخبرية والعلمية

الخروج

2026/4/27 تاريخ رقم 155-26 المقدم من فيلم عرض السعر المقدم حسب عرض المواصفات حسب الأسعار و المواصفات

ثانياً: تعليق نتيجة الإحالة المبينة لمدة خمسة أيام على اعتباراً من يوم الاثنين 2026/7/6

مثلاً: الاعتراض خلال فترة إقصائها خمسة أيام عمل من تاريخ الاحالة المبديّة.

Pages